

ZP/11/2020-01

Warszawa, dnia 25.02.2020 r.

Na Stronę internetową Zamawiającego:  
[www.grochowski.waw.pl](http://www.grochowski.waw.pl)

## Pytania od Wykonawców oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę aparatury medycznej, znak sprawy ZP/11/2020** odpowiada na pytania, które wpłynęły na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej znajdują się pytania wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami i odpowiedziami:

### Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga aparatu z wydrukiem na papierze termicznym formatu A4 zapewniającym czytelność zapisu przy wydruku 3,6 i 12 kanałów EKG jednocześnie?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki aparat.**

### Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga aparatu z bezprzewodowym modulem akwizycji, wyposażonego w rozłączany kabel pacjenta umożliwiający w przypadku awarii wymianę pojedynczych przewodów?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki aparat.**

### Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga aparatu z modulem akwizycji z wbudowanymi przyciskami do wydruków AUTO i rytmu?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki aparat.**

### Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga detekcji stymulatora serca z częstotliwością próbkowania min. 36.000 próbek/sekundę/kanał?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki aparat.**

### Pytanie nr 5, dotyczy: dotyczy Zadania nr 1

„Czy Zamawiający wymaga aparatu z szerokim pasmem rejestrowanego sygnału min. 0,05 – 300 Hz?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza taki aparat.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami na stronie internetowej: [www.grochowski.waw.pl](http://www.grochowski.waw.pl)

PREZES ZARZĄDU

Witold Gronoboszcz, MBA

Zaufaj nam - będziesz pod najlepszą i fachową opieką!

NIP: 1132869037; REGON: 002153989

Konto: PEKAO S.A. O/Warszawa 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164

Wpisany do KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:0000478458.

Kapitał Zakładowy 17 883 000 złotych.



PERŁA [2018]  
Medycyny

ORYŁY POLSKIEJ  
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
EDYCJA 2017

